


Hjælpemiddelalgoritme 3: Behov for bækkenstol/badebænk?



Andre overvejelser

Vær opmærksom på om højden på bækkenstolen er så den kan køres ind over toilettet (hvis behov)?

Bækkenstol har små hjul og er ikke et transportmiddel - skal der køres på gulvtæppe, kan standardstole ofte fås med drivhjul.

Toiletforhøjere kan fås med og uden armlæn

Refleksion

Er borgers funktionsniveau forringet på det seneste?

Behov for andre hjælpemidler?

Opleves plejesituationen belastende? Skjulte løft?

Anbefalinger for brug af bækkenstol:

Bækkenstol bør kun køre på plant underlag og bør max. drejes 90 grader på gulvtæppe.

Der bør være 1,65x1,65 m venderadius med standardstol og 2x2 m med kipbar bækkenstol.

Håndter i videst mulige omfang det tomme hjælpemiddel (uden borger)